

# 技术参数

产品名称	心肺复苏仪	数量	1
质量层次	进口		
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：			
设备配置要求及用途：为心脏骤停患者提供精准复苏，节省人力			
具体技术参数：			
<p>*1、动力模式：电动电控型，电池可连续运行<math>\geq 40</math>分钟，可插入外部电源以延长按压。</p> <p>2、电池最长充电时间：室温条件下<math>\leq 4</math>小时，电池充电方式：在设备本身上直接充电或在充电器上座充。</p> <p>*3、胸骨按压，按压头贴合胸廓，保证按压稳定性。</p> <p>4、按压模式：30：2 按压模式和连续按压模式。</p> <p>*5 成人按压深度 50~60 mm 连续可调</p> <p>*6、按压速率 100~120 次 / 分连续可调，按压工作循环 50% 左右</p> <p>7、配备患者固定带以便于在转运中用于固定患者手臂。</p>			
售后服务：			
<p>1、凡涉及软件或 PC 工作站的设备，必须接入医院内网、安装杀毒软件，且由设备方提供配套的采集模块及其他管理软件。</p> <p>2、如设备涉及出具检查报告等功能，需免费与院内 HIS/LIS/PACS 等系统进行对接。</p> <p>3、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日；</p> <p>4、保修期内的开机率：投标方保证开机率 98%（按一年 365 天计算）；</p> <p>5、24 小时内未完成维修，应在 3 个日历天内提供备用机；维修备件送达期限：国内不超过 7 天，国外不超过 14 天</p> <p>6、设备免费原厂保修期 5 年（包含所有问题），需提供与原厂签订的保修协议；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。</p> <p>7、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；</p> <p>8、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训；</p> <p>9、设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。</p> <p>10、需免费提供设备安装调试及安装所需的配套场地条件：包含但不限于设备线缆铺设、管</p>			

路对接、接地工作、墙面或地面的打孔、切割及固定、预埋件的施工安装、设备基座固定等适配性改造施工等，确保设备开机使用。

11、供应商承诺可提供所投产品说明书复印件和产品标签。

配置清单：

序号	名称	数量
1	专用患者背板	1 个
2	专用按压垫/按压头组件	1 套
3	负压吸附杯/固定组件	1 个
4	患者固定绑带	1 套
5	可充电锂电池	1 块
6	专用电源适配器+电源线	1 套
7	独立电池充电器	1 个
8	便携收纳背包/手提箱	1 个