

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	光电一体阴道显微镜
拟采购产品金额	400000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心婴儿辐射台等 12 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	2147300.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取；	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<b>原因阐述：</b> 进口产品在光学系统、高清成像、病灶精准测量上优势显著，光路无衰减、成像清晰；临床适配性更广，进口设备操作灵活、适配多种检查场景，具备完善的图像管理与病例存储功能，且有充足全球临床数据支撑；配套保障更可靠，进口品牌耗材供应稳定、售后响应及时，可保障设备持续高效运行。目前国产同类设备国产设备在分辨率、变倍稳定性上暂未达到临床刚需，国产设备耗材兼容性 & 维保能力不足。暂无法全面满足高端临床诊断与科研的严苛要求，故申请采购进口产品。	
<b>三、论证专家意见：</b> <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-family: cursive;">             光电一体阴道显微镜对成像清晰度、光学系统等要求较高。目前国产设备图像不清晰，不利于复杂疾病的诊断，不能完全满足采购人的要求，同意采购进口产品。           </div>	
论证专家签字：	吴西
2026 年 3 月 20 日	