

技术参数

产品名称	发散式冲击波治疗仪	数量	2
质量层次	进口		
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：			
设备配置要求及用途： 治疗骨骼肌肉疾病，促进组织修复和再生			
具体技术参数：			
<ol style="list-style-type: none">1. 采用临床成熟稳定的能量输出方式，治疗效果可靠，满足临床骨骼肌肉疾病治疗、组织修复与再生需求。2. 频率范围：1Hz-22Hz, 可调整 1Hz。3. 显示屏：彩色液晶屏, 触摸屏操作。4. 冲击能量水平：能量范围：0-185mJ。5. 具备多种治疗模式，提高患者舒适度和治疗依从性6. 具备疼痛评估相关功能，可实现治疗前后疼痛评分记录、数据存储，支持数据导出，满足临床诊疗、教学及科研需求。7. 治疗模式 连续模式，4, 8, 12次冲击8. 预设处方：具备智能临床处方功能，处方数量≥ 50 条，彩色液晶屏可清晰显示治疗部位、区域、次数、疗程、强度、频率及临床治疗建议等信息，满足临床多样化治疗需求。9. 自定义处方：具备，≥ 200条, 可存储临床方案10. 具备冲击次数实时显示11. 存储器 具备≥ 1GB12. 配备治疗手柄，可满足痛点及大面积治疗需求。13. 使用寿命 200万次击发（最少）14. 冲击波枪头，可更换(6 / 15 / 25 mm 直径)15. 治疗手柄采用人体工学设计，具备减震防护功能，可有效减轻操作者手臂负担，避免因长期操作引发震动相关损伤，操作便捷舒适。			

配置清单

序号	名称	数量
1	主机	1 个
2	带托盘架的推车	1 个

3	笔形治疗手柄	2 个
4	6 mm 治疗头	1 个
5	15 mm 治疗头	3 个
6	25 mm 治疗头	1 个
7	硅胶保护帽	10 个
8	乳剂	1 瓶
9	脚踏开关	1 个
10	配件存放托盘	1 个
11	主电源线	1 根
12	使用说明书	1 份

▲售后服务要求：

- 1、凡涉及软件或 PC 工作站的设备，必须接入医院内网、安装杀毒软件，且由设备方提供配套的采集模块及其他管理软件。
- 2、如设备涉及出具检查报告等功能，需免费与院内 HIS/LIS/PACS 等系统进行对接。
- 3、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如 2 小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后 24 小时内到达医院，不管是否节假日；
- 4、保修期内的开机率：投标方保证开机率 98%（按一年 365 天计算）；
- 5、24 小时内未完成维修，应在 3 个日历天内提供备用机；维修备件送达期限：国内不超过 7 天，国外不超过 14 天
- 6、设备免费原厂保修期 5 年（包含所有问题），需提供与原厂签订的保修协议；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。
- 7、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；
- 8、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训；
- 9、设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。
- 10、需免费提供设备安装调试及安装所需的配套场地条件：包含但不限于设备线缆铺设、管路对接、接地工作、墙面或地面的打孔、切割及固定、预埋件的施工安装、设备基座固定等适配性改造施工等，确保设备开机使用。
- 11、供应商承诺可提供所投产品说明书复印件和产品标签。