

网上建设

## 化工学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化工学院台式 X 射线吸收精细结构/发射谱仪项目

资金来源：学科经费 合同金额：396.98 万元

中标供应商：河南恒奥科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：罗勇、韩东方

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2024年12月9日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：“豫财招标采购-2024-867”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由化工学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本次验收的仪器设备文本资料不完善（包括时间顺序、部分技术参数指标等）

2. 实际供货时间与合同不一致，项目单位需提供相应情况说明

本次验收仪器设备的名称、型号规格、数量与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

针对以上问题进行逐项整改，符合合同规定后，本合同的设备予以通过验收。

采购单位项目负责人：张鹏 采购单位主管领导：张林

采购单位监督人：刘书华 采购单位签字：张林

验收工作组签名：罗勇 韩东方 张林

张松茂 郭李坤 李哲新

中标供应商项目负责人：李超



2024年12月9日

# 郑州大学化工学院台式 X 射线吸收精细结构/发射谱仪采购 项目整改情况报告

## 问题概述:

- 1、仪器设备文本资料不完善（包括时间顺序、部分技术参数指标等）
- 2、实际供货时间与合同不一致，项目单位需提供相应情况说明

## 整改措施及内容:

- 1、重新调整时间顺序
- 2、重新整理性能测试合格报告
- 3、提供实际供货时间与合同不一致的情况说明

整改结论：整改内容符合验收要求。

供应商（签字盖章）：\_\_\_\_\_



项目单位（签字盖章）：\_\_\_\_\_



审核专家（签字）：\_\_\_\_\_

子高 韩磊

日期：\_\_\_\_\_

2024.12.11